



Attività Ispettiva  
Reg. gen. n. 433/1/XI Legislatura  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Cons. Maria Muscarà

Prot. n. 053

Napoli, 27 aprile 2022  
Al Presidente della Giunta  
regionale della Campania

- Sede -

### **Interrogazione a risposta scritta**

**Oggetto: mal funzionamento della centralina di Portici per il monitoraggio del benzene.**

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

#### **Premesso che:**

- a) su 26 giorni del mese di aprile, la centralina ha presentato ben 18 giorni di valori max ora superiori al valore dei 5ug/m<sup>3</sup> (riferimento della media annua);
- b) questi superamenti, max ora, si sono protratti per alcune ore e, negli ultimi giorni (23-24-25-26 aprile), durano 24 ore su 24 con livelli prossimi a 14 ug/m<sup>3</sup>;

**considerato che**, per il benzene, il valore medio annuale di 5 µg/m<sup>3</sup> non può essere superato nell'arco dell'anno;


**rilevato che** siamo quindi, probabilmente, in presenza di una centralina che non funziona correttamente.

**Tutto ciò premesso, considerato e rilevato interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

1. quando è previsto un intervento manutentivo e, a seguito dell'intervento suddetto, di avere copia della relazione prevista.

Distinti saluti

Maria Muscarà



---

*Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143*  
*Tel. 081-7783426 - 081-7783423*  
*Email: [muscara.mar@cr.campania.it](mailto:muscara.mar@cr.campania.it)*  
*Pec: [muscara.mar@pec.cr.campania.it](mailto:muscara.mar@pec.cr.campania.it)*

**Pag. 1/1**