



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Legislativo del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2024 - 0003930 /UDCP/GAB/UL del 15/02/2024 U
Fascicolo:INTERROGAZIONI

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 805 concernente *"Fuori uso macchinario TAC del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, Napoli"*.

In ordine alla interrogazione in oggetto, a firma della Consigliera regionale Maria Muscarà (Gruppo Misto), si trasmettono gli elementi di risposta dell'ASL NA2 Nord, inoltrati dalla Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale.

MP

Il Dirigente dell'Ufficio II
Avv. Rossella Imperatore



08/02/2024 12.50-20240005886



P.O. "San Giuliano" Giugliano (NA)
Direzione Medica di Presidio
Direttore: Dott. Nunzio Quinto
dirtsan.ospedale.giugliano@aslnapoli2nord.it
ospedalegiugliano@pec.aslnapoli2nord.it
tel. 08118842093-fax 0819855519

Del 08/02/2024

Al Direttore Generale
Dott. Iervolino
Al Direttore Sanitario
Dott.ssa Vanni

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta a firma della Consigliera regionale M. Muscarà RG n. 805 concernente "Fuori uso macchinario TAC del PO San Giuliano" - Riscontro

~~~~~

Facendo seguito alla nota Regionale del 06/02 di pari oggetto, si comunica che quanto descritto in merito al presunto guasto della TC del PO di Giugliano da prima di Natale risulta privo di fondamento in quanto la Tc funziona regolarmente.

Inoltre non risulta alla Scrivente Direzione che i pazienti vengano dirottati presso il PO di Aversa. Infatti, in caso di guasto dell'apparecchio TC i pazienti vengono trasportati con ambulanza presso gli altri PPOO Aziendali.

Tanto si doveva per il seguito di competenza.  
Distinti saluti.

IL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO  
X Dott. Nunzio Quinto

REGIONE CAMPANIA  
ASL NAPOLI 2 NORD  
P.O. SAN GIULIANO  
DIREZIONE SANITARIA  
Dott.ssa Elena Baratta  
NA 29542

ALLA C.A. DELLA DIREZIONE STRATEGICA  
A.S.L. NAPOLI 2NORD

SEDE

**Oggetto: A.S.L. NAPOLI 2 NORD – P.O. S.GIULIANO- RISCONTRO SU SITUAZIONE  
T.C. PER INTERROGAZIONE ON. MUSCARA'**

Egregio Direttore,

in merito all'oggetto, confermo, per quanto di competenza, il contenuto della relativa nota di riscontro dell'Ufficio Stampa ASL NAPOLI 2 NORD del giorno 06/02/2024 .

Ribadisco inoltre che la T.C. in dotazione al P.O. S. Giuliano di Giugliano (NA) è regolarmente operativa a tutt'oggi ed è contrattualmente mantenuta regolarmente dalla casa madre Philips SpA della T.C. stessa.

L'apparecchiatura in esame è una T.C. marca Philips, modello Ingenuity CT, inv n°7543, matr. 52141 ed è di ultima generazione tecnologica e di recente acquisizione con vetustà inferiore ad anni 5.

Per ogni buon fine aziendale, si conferma inoltre che la TC del PO di Giugliano ha effettuato nei mesi di Dicembre '23 e Gennaio '24 un numero di esami pazienti per un totale pari a 2151 ( fonte sistema gestionale Asl Napoli 2 Nord RIS PACS Ebit ) .

Sempre disponibile per eventuali e varie relative, si porgono distinti saluti.

SALVATORE  
FLAMINIO  
13.02.2024  
10:18:16  
GMT+01:00

